Thermo flex for Animal サーモフレックス（動物用）　※ 本製品は小動物用です。大動物などに使用すると（過度に挿入すると）、故障の原因となります。

一般医療機器　動物用

この度はサーモフレックス（動物用）をお買い上げいただき有難う御座います。
ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつもお手元においてご使用ください。

保証書を兼ねていますので紛失しないようにしてください。
本製品を安全に正しくご使用いただくために、「注意・警告事項」をよくお読みになり十分にご理解の上、ご使用ください。

【各部の名称】

【清掃について】

1．ご使用前・ご使用後には体温計本体を清潔に保ってください。
　また、付属のケースに入れて保管してください。

2．体温計本体が汚れた場合には、湿った布で清潔にしてください。

3．本体温計は水位 15cm にて 30 分間の防水テストをクリアしている製品です。

【サーモカバーの取付け方】

【ご使用方法】

体温測定の際に測定する単位を℃と℉を変更させることが出来ます。
操作ボタンを約 2 秒間押し続けることで、℃または℉に切り替わりながら点滅しますので、
測定したい単位でボタンを離してください（左図参照）。

左図は測定単位を変更した後の表示です。また、前回値測定されていない場合にも、”Lo”と表示します。

前回値を表示した後に自動校正を実施し 36.5℃（97.7℉）を約 1 秒間表示します。

‘Lo’ を表示し℃（℉）が点滅すれば準備完了です。直腸に挿入し測定を開始してください。
測定完了音が鳴りますので測定値を確認してください。

※ 本製品は小動物用です。大動物などに使用すると（過度に挿入すると）、故障の原因となります。

【電池の交換方法】



■ マークが表示された場合には電池の交換時期です。指定の電池を用意して交換してください。（LR41(AG3)1.5V）
バッテリーカバーを取り外し、プラスドライバーを使用してネジを取り外し、電池を交換してください。

【機器仕様】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | サーモフレックス（動物用） | | |
| 製品番号 | TF - 8731（ST8731） | 体温計測音 | 37.5℃以上が計測された場合には約 8 秒間 3 回連続音が鳴り続けます。 |
| 測定範囲 | 32.0℃～ 43.0℃（89.6℉～ 109.4℉）<br>Lo ＜ 32.0℃　　Hi ＜ 43.0℃ | 操作環境温度／湿度 | 10.0℃～ 40.0℃（50.0℉～ 104.0℉）<br>15% ～ 95% RH |
| エラー表示 | ・測定温度が 50℃以上または故障時に表示<br>・測定温度が 32.0℃以上のときに、0.5 秒間毎に 0.5℃下降する場合に表示 | 保管環境温度／湿度 | －20.0℃～ 55.0℃（－4.0℉～ 131.0℉）<br>15% ～ 95% RH |
| 表示単位方式 | ℃　または　℉ | 使用電源電池 | LR41（AG3）1.5V |
| 測定表示分解能 | 0.1℃　または　0.1℉ | 電池寿命 | 約 200 時間または約 1 年　※付属の電池は試供用です。実際には測定可能回数よりも短い場合がございます。 |
| 測定精度 | ±0.1℃　（32.0 ～ 43.0℃）<br>±0.2℉　（89.6 ～ 109.4℉） | 防水性能 | 防水加工水位 15cm で 30 分間の防水テスト済み |
| 測定部位 | 直腸 | 製品寸法 | 13.5×2.35×1.25cm |
| 測定時間 | 10 ～ 15 秒 | 質量 | 約 15.0g |
| 自動電源切断時間 | 10 分後自動シャットダウン | 付属品 | 取扱説明書（保証書付）、専用サーモカバー 25 枚 |
| メモリー機能 | 1 回分計測（最終結果のみ） | 品質保証 | ご購入後 1 年間 |


製造元：Mesure Technology Co., Ltd.（台湾）
製造販売元：　株式会社アステック
　茨城県つくば市東新井１４－３

製造業許可番号　：　18 製造療第 17 号
製造販売業許可番号：　18 製版療Ⅲ第 2 号

製品お問合せ先：　株式会社アステック　メディコア事業部
茨城県つくば市東新井１４－３
TEL　０２９－８５５－２０３１
FAX　０２９－８５５－７０７７

【お手入れと保管方法】

本製品の安全性・正確な測定結果、製品寿命を維持するためにも以下のことを必ずお守りください。

1．長期間使用しない場合は、電池を取り外し室温にて保管してください。

2．本製品を直射日光の当たる場所、高温・高湿度の場所に保管しないでください。

3．電子回路に影響を及ぼしますので強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。

4．お子様の手の届かない場所に保管してください。

小さなお子様が電池カバーをなめたり、いじったりして電池を飲み込まないようにしてください。

・電池を飲み込んだりした場合、息が詰まったり、体調悪化の恐れがあります。万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

小さなお子様がプローブの先端で目を突かないようにしてください。

・失明する恐れがあります。

5．取扱説明書を良くお読みになりご使用ください。

6．本製品の測定精度や故障の原因となるため、他の電子機器や電磁波発生装置に近づけないでください。

7．本製品は製造元において機器構成を行っており、厳密に試験を実施しております。

8．本製品を滅菌しないでください。オートクレーブ、ガス滅菌共に対応しておりません。

9．本製品が不調の場合には、決して分解せずに購入された販売店様または弊社までお問い合わせください。

分解や修理、改造を行わないでください。

・発火したり、故障や事故の原因となります。

プローブは噛み切らないようにご注意ください。

・体調悪化の恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

電池を火の中に投げ込まないでください。

・電池が破裂する恐れがあります。

・各自治体の適切な処分方法に従ってください。

10. 本製品は防水加工済ですが、アルコール類・消毒液等を使用しての清掃はしないで下さい。また、水洗いする際には、バッテリーカバーが開いていないことをお確かめの上清掃してください。

・バッテリーカバー内に液体が入りますと本体の故障の原因となります。

【注意・警告事項】

・ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・直射日光・高温・多湿・ほこりを避けてください。
・長期間使用しない場合は電池を本製品から取り外して保管してください。
・本製品は動物用ですので人体には使用しないでください。
・感染防止のためにも、推奨するサーモカバーを必ずご使用ください。
・サーモカバーは 1 回限りの使い捨てタイプです。
・本体付属のサーモカバーをご使用後は、別売の体温計用カバー（TC-250R）（250 枚入り）をご使用ください。
・お子様の手に届かない場所に保管してください。
・「お手入れと保管方法」をお読みください。

---

【保証規定／保証書】

1．取扱説明書に従った適切な使用方法でお使いになり、かつ、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には、無償修理いたします。

2．無償修理期間内に故障して修理を受ける場合には、本製品と本書を添えてお買い上げの販売店、または弊社までお送りください。なお、送付の場合は、送料のご負担をお願いします。

3．無償修理期間内でも次のような場合には有償修理となりますのでご了承ください。

i. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

ii. お買い上げ後の落下などの衝撃による故障及び損傷。

iii. 火災、地震、水害、落雷、そのほかの天変地異、公害や電源の異常電圧による故障及び損害。

iv. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

v. 消耗部品。

vi. 故障の原因が本製品以外に起因する場合。

4．本書の再発行はいたしませんのでご了承ください。

5．この保証書は本書に明示した期間、条件の元において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制約するものではありません。

本製品の保証は、日本国内に限ります。This warranty is valid only in Japan.

## 保証書

製品名　サーモフレックス（動物用）
製品番号　TF - 8731(ST8731)

お　名　前 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ご　住　所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電　話　番　号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下記事項に関しましては、必ず販売店様にてご記入・ご捺印ください。

お買い上げ店 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印
住　所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電　話　番　号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
お買い上げ年月日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 年　月　日